

トアラセット配合錠「共創未来」の 全自動分包機落下試験

2018年8月
共創未来ファーマ株式会社

1. 試験目的

トアラセット配合錠「共創未来」につき、全自動分包機を用いた一包化の適正を評価する目的として試験を行った。

2. 試験方法

下記のとおり、全自動分包機を用いて一包化し、錠剤の割れ、欠けの有無を目視で確認した。

(1) 使用薬剤

トアラセット配合錠「共創未来」

(2) 全自動分包機

機器名	型式	メーカー名
全自動錠剤分包機 PROUD	YS-TR-260FDS II	株式会社湯山製作所
全自動錠剤分包機 Eser	HP-j128HS-GP	株式会社タカゾノ

一包化条件を表1に示した。

表1 トアラセット配合錠の一包化条件

試験検体	トアラセット配合錠「共創未来」
カセット位置	最上段
1包中の錠剤数	2錠
分包数	50包
錠剤数合計	100錠

3. 試験結果

【全自動錠剤分包機 PROUD（株式会社湯山製作所）】

トアラセット配合錠「共創未来」の試験結果を表2に示した。
最上段からの落下において、割れ・欠けは認められなかった。

表2 トアラセット配合錠の一包化試験結果

試験検体	トアラセット配合錠「共創未来」
分包錠剤の割れ	0 / 100錠
分包錠剤の欠け	0 / 100錠

【全自動錠剤分包機 Eser（株式会社タカゾノ）】

トアラセット配合錠「共創未来」の試験結果を表 3 に示した。

最上段からの落下において、割れ・欠けは認められなかった。

表 3 トアラセット配合錠の一包化試験結果

試験検体	トアラセット配合錠「共創未来」
分包錠剤の割れ	0 / 100 錠
分包錠剤の欠け	0 / 100 錠

以上